Data da Publicação: 31/05/2024 **Edição do Diário:** Edição Nº 1669 **Identificador do Ato:** #04582

RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1020X600,

mínimo 10.2'', resolução mínima de 1020x600, digital. Contendo Botões de operações touchscreen de rápido acesso ao menu de configurações, impressão, alarmes e calibração. Botão seletor para ajuste de volume e navegação. Impressora térmica embutida, com fácil acesso para reposição de papel. Com configuração que permita visualizar traçado característico e número absoluto dos parâmetros: frequência cardíaca fetal (FCF) em batimentos por minuto e contração uterina, com ajuste da velocidade de impressão em 1, 2, 3 cm/min, ajuste do alarme mínimo e máximo da FCF, ajuste das configurações da baseline e ganho do TOCO, detecção automática e manual do movimento fetal, com permissão para inserção dos dados de identificação da paciente, programação do tempo de exame, registro de eventos externos com marcação no registro gráfico impresso e, alarme sonoro e visual para alteração da FCF, alarme sonoro e visual para término de papel, alarme

1

COMEN

STAR 5000

8.400,00 8.400,00

Diário O?cial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.visual e sonoro para perda de sinal do transdutor

TOCO e da FCF. Com sistema operacional que

permita armazenar no mínimo 300 exames. Com

configuração de analise de parâmetros avaliados

na cardiotocografia: basal da FCF em bpm,

variabilidade em bpm, total de aceleração

transitória, total de desaceleração, classificando

em precoce, tardia, prolongada e variável, total

de contrações uterinas, total de movimento fetal

e STV (short term variation – variação de curto

prazo da FCF em milissegundos). Devendo todos

os dados serem impressos junto ao gráfico ou

visualizado na tela. Compatível com software

para backup de exames para computador,

confecção de laudo, impressão em PDF e em

papel comum. Tensão de alimentação 115-230 V

– 50/60Hz, ou Bivolt automático; Dimensões

mínimas de: 270 mm x 340 mm x 105 mm,

contendo Cabo de alimentação de 1,5 metros,

Saída RS 232, Saída RS 485, Interface com

notebook e/ou computador para backup dos

exames realizados e posterior geração de laudo