Data da Publicação: 30/08/2024 **Edição do Diário:** Edição Nº 1734 **Identificador do Ato:** #05313

RESOLUÇÃO DE 640X480 PIXELS, COM

RESOLUÇÃO DE 640X480 PIXELS, COM

VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 3

CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA. PÁS

EXTERNAS REUTILIZÁVEIS E PÁS

ADESIVAS DESCARTÁVEIS DEVEM

UTILIZAR O MESMO CONECTOR. PÁS

EXTERNAS REUTILIZÁVEIS COM

SUPERFÍCIE PEDIÁTRICA EMBUTIDA

COM BOTÕES DEDICADOS PARA

CARREGAMENTOS E DESCARGA DE

CHOQUE QUE POSSUAM INDICAÇÃO

LUMINOSA DE CARGA PRONTA.

COMPATÍVEL COM O USO DE PÁS

INTERNAS AUTOCLAVÁVEIS A VAPOR DE

ALTA TEMPERATURA COM BOTÃO PARA

DESCARGA. REGISTRADOR TÉRMICO

QUE PERMITA A IMPRESSÃO

SIMULTÂNEA DE NO MÍNIMO DOIS

FORMATOS DE ONDA, ALÉM DA

IMPRESSÃO DE DADOS ARMAZENADOS

NO EQUIPAMENTO COMO: EVENTOS

MARCADOS, CHOQUE, ALARMES,

RESUMO DE EVENTOS,

ELETROCARDIOGRAMA, TENDÊNCIA NUMÉRICA DE SINAIS VITAIS, TESTES OPERACIONAIS E HISTÓRICO DOS TESTES OPERACIONAIS. MONITORAÇÃO: ECG DE 3 E 7 DERIVAÇÕES COM IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO TIPO DE CABO CONECTADO. REVISÃO: ARMAZENAR TENDÊNCIAS NUMÉRICAS DE SINAIS VITAIS E EVENTOS CLÍNICOS PRÉ-CONFIGURADOS, COMO ADMINISTRAÇÃO DE DROGAS, PARA POSTERIOR REVISÃO. TERAPIA: DESFIBRILAÇÃO COM ONDA BIFÁSICA, SELEÇÃO DE CARGA ATRAVÉS DE SELETOR ROTATIVO DE 2 A NO MÁXIMO 270 JOULES. NO MODO CARDIOVERSÃO, O TEMPO ENTRE A DETECÇÃO DA ONDA R E O DISPARO DO CHOQUE DEVE SER INFERIOR A 60MS. NO MODO DEA EXIBIR CRONOMETRO PARA AUXÍLIO DURANTE A RCP. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA, BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 80 CHOQUES OU 2,0 HORAS DE MONITORAÇÃO E TEMPO MÁXIMO PARA RECARGA A 100% DE SUA CAPACIDADE