Data da Publicação: 30/08/2024 **Edição do Diário:** Edição Nº 1734 **Identificador do Ato:** #05314

RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1280 X 800

RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1280 X 800

PONTOS. / VIDA ÚTIL DECLARADA: 10

ANOS/ CURVAS: PERMITIR

VISUALIZAÇÃO DE 8 CURVAS

SIMULTÂNEAS/ ALARMES: PERMITIR

AJUSTE MANUAL E AUTOMÁTICO DOS

LIMITES DE ALARME INFERIOR E

SUPERIOR DE ACORDO COM OS SINAIS

VITAIS ATUAIS DO PACIENTE. /

GERENCIAMENTO DE DADOS:

TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS

COM ARMAZENAMENTO E EXIBIÇÃO DE

PELO MENOS 72 HORAS EM RESOLUÇÃO

DE NO MÁXIMO 1 EM 1 HORA. /

ARMAZENAR PELO MENOS 100

EVENTOS DE ALARMES COM GRAVAÇÃO

E EXIBIÇÃO DE 10 SEGUNDOS DE PELO

MENOS DUAS FORMAS DE ONDA. /

ARMAZENAR NO MÍNIMO 48 HORAS DE

CURVAS COMPLETAS DE PELO MENOS 4

PARÂMETROS PARA POSTERIOR

REVISÃO. / PROTEÇÃO DE DADOS:

POSSUIR SENHA PARA EXPORTAÇÃO DE

DADOS DE TENDÊNCIAS E
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA ATRAVÉS
DE INTERFACE USB. / PESO DO
EQUIPAMENTO: MÁXIMO DE 6KG /
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT
AUTOMÁTICO/ BATERIA: AUTONOMIA
MÍNIMA DE 3 HORAS E TEMPO DE
RECARGA PARA PELO MENOS 90% DA
CAPACIDADE DE NO MÁXIMO 5 HORAS
COM O EQUIPAMENTO EM
FUNCIONAMENTO. / POTÊNCIA DE
ENTRADA AC: INFERIOR A 150 WATTS. /
POSSUIR ALARMES TÉCNICOS
DEDICADOS A NÍVEL DA BATERIA,
SUBSTITUIÇÃO QUANDO NO FIM DA
VIDA ÚTIL OU DETECTADA FALHA E
SUPERAQUECIMENTO DE BATERIA OU
MONITOR / NÍVEL DE PROTEÇÃO: IPX1. /
CONECTIVIDADE: COMUNICAÇÃO
BIDIRECIONAL COM CENTRAL DE
MONITORIZAÇÃO, ATRAVÉS DE
PROTOCOLO TCP/IP. / INTERFACES
DISPONÍVEIS: USB, RJ45 E PARA VÍDEO
EXTERNO / ECG: COMPATÍVEL COM
CABO DE 3 E 5 VIAS. POSSUIR
ALGORITMO DE ANÁLISE DE ARRITMIA
POR MAIS DE UMA DERIVAÇÃO AO