Data da Publicação: 03/02/2025 **Edição do Diário:** Edição Nº 1837 **Identificador do Ato:** #06293

RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1020X600,

mínimo 10.2'', resolução mínima de 1020x600,

digital. Contendo Botões de operações

touchscreen de rápido acesso ao menu de

configurações, impressão, alarmes e calibração.

Botão seletor para ajuste de volume e

navegação. Impressora térmica embutida, com

fácil acesso para reposição de papel. Com

configuração que permita visualizar traçado

característico e número absoluto dos

parâmetros: frequência cardíaca fetal (FCF) em

batimentos por minuto e contração uterina, com

ajuste da velocidade de impressão em 1, 2, 3

cm/min, ajuste do alarme mínimo e máximo da

FCF, ajuste das configurações da baseline e

ganho do TOCO, detecção automática e manual

do movimento fetal, com permissão para

inserção dos dados de identificação da paciente,

programação do tempo de exame, registro de

eventos externos com marcação no registro

1 COMEN

STAR 5000

8.400,00 8.400,00

Diário O?cial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.gráfico impresso e, alarme sonoro e visual para

alteração da FCF, alarme sonoro e visual para

término de papel, alarme visual e sonoro para

perda de sinal do transdutor TOCO e da FCF.

Com sistema operacional que permita

armazenar no mínimo 300 exames. Com

configuração de analise de parâmetros avaliados

na cardiotocografia: basal da FCF em bpm,

variabilidade em bpm, total de aceleração

transitória, total de desaceleração, classificando

em precoce, tardia, prolongada e variável, total

de contrações uterinas, total de movimento fetal

e STV (short term variation – variação de curto

prazo da FCF em milissegundos). Devendo

todos os dados serem impressos junto ao gráfico

ou visualizado na tela. Compatível com

software para backup de exames para

computador, confecção de laudo, impressão em

PDF e em papel comum. Tensão de alimentação

115-230 V – 50/60Hz, ou Bivolt automático;

Dimensões mínimas de: 270 mm x 340 mm x

105 mm, contendo Cabo de alimentação de 1,5

metros, Saída RS 232, Saída RS 485, Interface

com notebook e/ou computador para backup dos

exames realizados e posterior geração de laudo