Data da Publicação: 03/02/2025 **Edição do Diário:** Edição Nº 1837 **Identificador do Ato:** #06295

RESOLUÇÃO DE NO MÁXIMO 1 EM 1 HORA. /

horas em resolução de no máximo 1 em 1 hora. /

Armazenar pelo menos 100 eventos de alarmes

com gravação e exibição de 10 segundos de pelo

menos duas formas de onda. / Proteção de

dados: Possuir senha para importação e

exportação de dados de tendências e

configurações do sistema através de interface

USB. / Peso do equipamento: máximo de 6kg /

Alimentação Elétrica: Bivolt automático/

Bateria: Autonomia mínima de 3 horas e tempo

de recarga para pelo menos 90% da capacidade

de no máximo 5 horas com o equipamento em

funcionamento. Consumo de energia inferior a

150 Watts. Possuir alarmes técnicos dedicados a

nível da bateria, substituição quando no fim da

vida útil ou detectada falha e superaquecimento

de bateria ou monitor/ Nível de proteção:

IPX1. / Conectividade: Comunicação

bidirecional com Central de Monitorização,

através de protocolo HL7. / Interfaces

disponíveis: USB, RJ45 e para vídeo externo /

ECG: compatível com cabo de 3 e 5 vias.

Possuir algoritmo de análise de arritmia por

mais de uma derivação ao mesmo tempo e segmento ST. Possuir detector de Marca-passo. / RESP: Método por variação de impedância torácica. Permitir o ajuste manual do limiar de detecção de respiração ou seleção da derivação utilizada para medição. / SPO2: Tecnologia própria, Masimo ou Nellcor. Possuir valor numérico, onda pletismográfica e índice de perfusão. Sistema de gerenciamento de alarme que permita o atraso configurável dos alarmes de SpO2 baixo e dessaturação. / PNI: indicação numérica das pressões Sistólica, Média e Diastólica. Possuir modo Contínuo/STAT e Automático. /TEMP: 2 canais. Faixa de temperatura: 10 a 45 °C. / Pressão Invasiva (PI): Possibilidade de monitorar até 2 canais simultaneamente com no mínimo 10 rótulos diferentes para a identificação do acesso. Faixa de medição de -50 a 300 mmHg com precisão de +- 4mmHg. Permitir sobreposição de diferentes curvas de PI e ajuste automático de escala. / Possuir interface que auxilie o cálculo da Variação de Pressão de Pulso (VPP). Acessórios: 1 cabo ECG/RESP de 3 vias; 1 cabo ECG/RESP de 5 vias; 1 sensor SpO2 adulto; 1 mangueira de pressão; 1 manguito adulto “P”; 1 manguito adulto “M”; 1 manguito adulto “G”; 1