Data da Publicação: 16/09/2025 **Edição do Diário:** Edição Nº 1988 **Identificador do Ato:** #07839

EXTRATO DE ATA

Extrato de Ata

Extrato de Ata

Diário O?cial Eletrônico do Município de Deodápolis Terça-feira, 16 de setembro de 2025 Ano 2025 | Edição nº 1988 | Página 17 de 37

Município de Deodápolis - MS

Diário O?cial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.ANOS DE IDADE, COM PESO ACIMA DE 30

KG.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

FABRICADO EM SILICONE DE ALTA

QUALIDADE. COM BALÃO AUTO -INFLAVÉL

EM SILICONE, COM EXCELENTE EXPANSÃO

E FLEXIBILIDADE, POSSIBILITANDO O

MANUSEIO COM AS PONTAS DOS DEDOS.

MASCARA COM BOJO TRANSLÚCIDA E

COXIM DE SILICONE, PARA VISU ALIZAÇÃO

DAS SECREÇÕES E A VERIFICAÇÃO DA

RESPIRAÇÃO. TAMANHO ADULTO. VÁLVULA

DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO PARA

ENTRADA DE OXIGÊNIO. VÁLVULA

UNIDIRECIONAL COM ACOPLAMENTO

EXTERNO PARA MÁSCARA. VÁLVULA DE

ESCAPE (P OP-OFF) LIMITADORA DE

PRESSÃO, COM REGULAGEM E BLOQUEIO.

VÁLVULA DE CONTROLE COM BOLSA

RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO E EXTENSÃO

COM CONECTOR. VÁLVULAS COM ANÉIS

COLORIDOS PARA MELHORAR A

IDENTIFICAÇÃO DURANTE OS PROCESSOS

DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO.

ALMOFADA EM SILICONE PARA VEDAÇÃO.

ANEL EM SILICONE PARA CONEXÃO

SEGURA, EVITANDO DESCONEXÕES

ACIDENTAIS. CONEXÃO ROTATIVA PARA

EVITAR A DESCONEXÃO DO TUBO

ENDOTRAQUEAL. DESMONTÁVEL.

REUTILIZÁVEL. PRODUTO AUTOCLAVÁVEL.

GARANTIA DE 01 ANO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

COMPOSIÇÃO: SILICONE/PVC. VOLUME DO

BALÃO: 1.800ML COM VÁLVULA POP -OFF.

VOLUME DE ENTREGA (VOLUME

SISTÓLICO): 1060 ML. RESERVATÓRIO: 2700

ML. RESITÊNCIA

EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O/3CM

H2O. ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML.

LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 OU 6 0 CM H2O.

TEMPERATURA OPERCIONAL: -18ºC A 50ºC.

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20ºC